1.)AMAÇ: Patoloji laboratuarında bulunan makroskobi kabini ;ortamda bulunan formol,xylene ve alkol gibi toksit etki yapabilecek kokulu ve buharlaştırıcı maddeleri uzaklaştırmak,havalandırmak ve hijyeni sağlamak,doku örnekleme disiplini oluşturmak,temizliği kolaylaştırmak amaçları ile kullanılmaktadır.

2.)**KAPSAM:**Tüm laboratuvar çalışanları

3.)**TANIMLAR:**

4.)KISALTMALAR:

5.)SORUMLULAR:Tüm hastane çalışanları

6.)TALİMAT DETAYI:

Makroskopi kabini kullanımına başlamak için açma-kapama düğmesinden manuel kontrol veya **sensör kontrol** seçilir.

Sensör kullanımda iken aydınlatma için aydınlatma sensörünün altına el uzatılır.Işık ayarı için ayar düğmesinden ışığın gücü ayarlanır.

Manuel konumdayken aydınlatma butonuna basılır.Işık ayarı için ayar düğmesinden ışığın gücü ayarlanır.

Sensör kullanmda iken soğuk su için önce musluk açılır daha sonra soğuk su sensöründen kumanda edilir.

Manuel konumdayken musluk açılır ve butona basılır.

Sensör kullanımda iken Havalandırma için aspiratör sensörünün altına el uzatılır. Manuel konumdayken,havalandırma için aspiratör butonuna basılır.

Yüzey yıkama için yüzey yıkama sensörü kullanılır.

Lavabo tıkanıklığında kısa süreli çöp öğütücüsü sensör yardımı ile çalıştırılır.

Acil durumlarda **Emergency Stop** düğmesine basılır ve sonra elektrik makroskopi kabininin üzerine bulunan sigortalı şalterden kesilir.

Doku örneklenmesi bittikten sonra kabin temizliği ve alet temizliği yapılır.Aletler yerlerine asılır. Açma-kapama düğmesi kapalı konuma alınarak kabin elektriği kesilir.

Saat 24:00-06:00 saatleri arasında UV ışını ortam ve kabinin sterilizasyonu için otomatik olarak çalışır.

7.)İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR:

Patoloji Lab.Proses Akış Şeması