SDS-17: Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Yönetim Analizi (Aralık 2025)

Bu analiz, hastanedeki tıbbi cihazların izlenebilirliğini, çalışma verimliliğini ve yönetsel denetim süreçlerini kapsamaktadır.

Ölçüt No	Analiz Edilen Unsur	Mevcut Durum ve Veri Özeti	Başarı / Risk Durumu
17.1	**HBYS İzlenebilirliği**	Künye no, marka, model, sicil no ve zimmet bilgileri (Örn: .....) sistemde kayıtlıdır.	%**100 Uyum**
17.2	**Hizmet Alımı Takibi**	Hizmet alımı kapsamındaki 9 cihazın tamamı aktif olup arıza oranı %0'dır.	**Tam Uyum**
17.2	**Arıza ve Uptime**	Aktif cihazların "Uptime" (çalışma) oranı %100 olarak raporlanmıştır.	**Yüksek Verim**
17.2	**Hareketsiz/Arızalı Stok**	Depoda çok sayıda arızalı tansiyon aleti ve pediatrik karyola beklemektedir.	**Kritik (Takip Şart)**
17.3	**Yönetsel Denetim**	Veriler Başhekimlikçe iki ayda bir analiz edilmeli ve DİF süreçleri başlatılmalıdır.	**İzlem Aşamasında**

Madde Bazlı Detaylı Analiz

17.1: Biyomedikal Dayanıklı Taşınırların İzlenebilirliği

• **Sistem Entegrasyonu:** Tesisinizde biyomedikal dayanıklı taşınırların HBYS üzerinden takibi; **sicil no, künye no, marka, model, edinme yılı ve birim bazlı** olarak yapılmaktadır.

• **Zimmet Yönetimi:** Cihazların kime zimmetli olduğu (Örn: Kan saklama dolabı - ....., Defibrilatör - Eda Gezer) sistemde açıkça görülmektedir. Bu durum, standardın aradığı **"zimmet oranının %90 üzerinde olması"** kriterini desteklemektedir.

17.2: Aktif, Pasif ve Arıza Sürelerinin Takibi (Hizmet Alımı Dahil)

• **Hizmet Alımı Envanteri:** Mevcut verilerde hizmet alımı yoluyla kullanılan **9 adet biyomedikal cihaz** olduğu ve bu cihazların arıza oranının %**0** olduğu kaydedilmiştir.

• **Arızalı ve Pasif Cihaz Analizi:**

◦ **Depo Süreçleri:** Branşlar arası depoda arızalı hek sürecinde çok sayıda cihaz (Örn: Nihon Kohden Defibrilatör, Galena Tansiyon Aletleri) birikmiş durumdadır.

• **Performans (Uptime):** Aktif kullanılan monitör, ventilatör ve EKG gibi cihazların çalışma oranları %**100** olarak sistem kayıtlarına yansımıştır.

17.3: Yönetsel İzleme ve Karar Alma

• **Başhekimlik Denetimi:** Standart uyarınca Başhekim başkanlığındaki kurul, iki ayda bir (Aralık verileri için Ocak ayının ilk 7 günü içinde) bu verileri analiz etmelidir.

• **Düzeltici Faaliyetler (DİF):** Depodaki arızalı cihaz sayısı (özellikle tansiyon aletleri ve aspiratörler) için **"Onarım veya Hurdaya Ayırma"** süreçlerine yönelik DİF başlatılması gerekmektedir.

AYLIK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI	
TARİH:	
TOPLANTIYA KATILANLAR:	
BİRİM SORUMLULARI	**İMZA**