1.) AMAÇ : Doku takibinin ve kesitinin kaliteli , düzgün olması için gerekli temizlik, bakım ve değişim aralıklarının belirlenmesi ve kayıt altına alınmasıdır.

2.) KAPSAM: Patoloji Laboratuarı .

3.) TANIMLAR:

4.) KISALTMALAR:

5.) SORUMLULAR: Patoloji Laboratuarı teknisyen ve teknikerleri

6.) TALİMAT DETAYI:

4 .1 Doku Takip Solüsyonlarının Değişimi :

Laboratuvarımızda, doku takip solüsyonları, sorumlu teknisyen tarafından, hasta yoğunluğuna

göre şu sıklıkta değiştirilmektedir:

Formaldehit : Her 2 - 3 günde bir değiştirilir.

Alkoller : Hasta yoğunluğuna göre 15 günde bir ilk iki alkol dökülür ve alkoller ikişer ön sıraya kaydırılır . En arkaya 2 adet temiz alkol ilave edilir.

Ksiloller : Hasta yoğunluğuna göre 20- 30 günde bir ilk ksilol dökülür ve son ksilol mutlaka temiz olacak şekilde ksiloller bir ön sıraya kaydırılır.

Parafinler : Hasta yoğunluğuna göre 20-30 günde bir ilk parafin dökülür ve son parafin mutlaka

temiz alacak şekilde parafinle bir ön sıraya kaydırılır.

Değişimler sorumlu teknisyen ve patoloji uzman hekimlerinin ortak kararı ile yapılır ve

değişim doku takip cihazı takip ve bakım formuna işlenir.

4.2 Su Banyosu Suları Değişimi :

Laboratuvarımızda, her gün kesit işlemi yapacak olan teknisyen su banyosu suyunu dökerek

gerekli temizliği yapar. Teknisyen havuzu tekrar temiz su ile doldurarak kesit işlemine başlar.

7.) İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR:

__ Doku Takip Cihazı Takip ve Bakım Formu (PAT.FR.02)