1)AMAÇ: Bu Prosedürün amacı, Merkezimizde kullanılan ve hizmet kalitesini etkileyen ölçüme, teste ve kontrole tabi cihazların kalibrasyonu ile ilgili esasları belirlemektir.

2)KAPSAM: Bu Prosedür, Merkezimiz bünyesinde bulunan ve hizmet kalitesine etki eden tüm ölçüme, teste ve kontrole tabi cihazları kapsar.

3) SORUMLULAR: Klinik Mühendislik ve Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo

4)İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Kullanıma Uygun Olmadığı Tespit Edilen Tıbbi Cihazların Bakım Onarım ve Kalibrasyon Süreçleri

Kalibrasyonlarımız İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup kalibrasyona gelen ekiple bütün servisler ve birimler gezilerek kalibrasyon yapılmaktadır. Kalibrasyon sırasında kullanıma uygun olmadığı cihazlar tespit edildiğinde örneğin; batarya, kablo, tuşlar vb. arızalar mevcutsa o cihaza kalibrasyon yapılmaz. Cihaz hangi servisteyse tespit edilip bakım onarım süreçleri başlar. Servis Sorumlusu arıza takip sisteminden arıza bildirimi yapar. Onarımı basit bir arızaysa tamiratı yapılır yedek parça gerektiren bir arıza varsa depoda temin edilebilir mi ona bakılır eğer ki istenen malzeme yoksa servis sorumlusu istem yaparak yedek parça mal alımı olur. Cihazın bakım ve onarımı tamamlandıktan sonra cihaz tekrardan kalibrasyona gönderilir.

Kalibrasyonu kısmi geçen veya geçemeyen cihazlar

Yeşil Etiket: Cihazın kalibrasyona uygun olduğunu ifade eden etikettir.

Sarı Etiket: Cihazın kısmı arızalı olduğu fakat tamamen kullanım dışı bırakılmasına gerek

olmadığında, hata veren kod sarı etiket üzerine yazılır ve personelin bu hata kodunu kullanması engellenir. Diğer kodlarda cihazın kullanılmasına engel yoktur.

Kırmızı Etiket: Cihazın onarımı gerekmektedir. Cihaz kullanım dışı bırakılır.