1)AMAÇ: Cihazın doğru olarak ,amacına uygun kullanılmasını sağlamaktır

2)KAPSAM: Biyokimya Laboratuarı

3) KISALTMALAR:

4)TANIMLAR:

5) SORUMLULAR: Uzman Doktoru, Laboratuar sorumlusu ve çalışanları.

6)FAALİYET AKIŞI:

Çalışma Basamakları :

Cihazı Başlatma

- Cihazın arkasındaki güç düğmesini kullanarak , cihazı çalıştırın. Bilgisayarı açın.
- Açılan pencerede **Kullanıcı Adını** ve **Şifreyi** girin.

Acltop - acltop

- Sistem yaklaşık 1-2 dakika içinde çalışmaya başlar.

*** Sistem herhangi bir sebeple “Emergency Stop” moduna geçerse,

INSTRUMENT-Recovery verilir.

Error moduna geçerse , 5 dk kadar beklemek gerekebilir.

Küvet Yerleştirme

- Cihazda küvet girişine **ok yönünde** yerleştirin.

Günlük Yıkama

- Cihazda **D1 pozisyonuna** Clean B (saf) yerleştirin.
- System – maintenance-Enhanced Clean For all probes maddesinin önüne işaret koyup RUN tuşuna basın.

- İşi bittikten sonra cihazdan çıkarılmalıdır.

Reaktifler

• **PT (Recombiplastin) :** Kutudan 5şişe Liyofilize material, 5 şişe RTF dilüent çıkar. Dilüentten cam pipet yardımıyla 20 ml çekilip tozun üstüne aktarılır. Çalkalanmaz, alt üst edilmez olduğu gibi 30 dk beklenir. Birkaç kez altüst edilip cihaza verilir.

******Dilüent şişesi olduğu gibi diğer şişeye boşaltılmaz.******

• **APTT(Synthasil) :** Kullanıma hazırdır.

• **Clean B Diluted :** Günlük yıkamada kullanılan Clean B nin 1/8 dilüe edilmiş halidir. PtT çalışmak için her daim cihazda bulunması gerekir.

7)İLGİLİ DÖKÜMANLAR: