AMAÇ : Kan bankasındaki derin dondurucunun doğru kullanım ve bakım şeklini belirler.
KAPSAM: Kan bankasındaki derin dondurucuları kapsar.
SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından kan bankasında görevli laboratuvar teknisyenleri sorumludur.

UYGULAMA:

A-KULLANIM:
Derin dondurucu kapaklarını daima sıkıca kapalı tutunuz.
Isı göstergelerinin her zaman –20 C ila –40 C arasında olmasına dikkat ediniz.
Tam kan donasyonunu izleyen ilk 6 saat içinde komponentine ayrılmış olan plazmayı düzgünce yatay şekilde dolaba yerleştiriniz.
Plazmaları yerleştirirken gruplarına ve tarih sırasına dikkat ediniz. Ürün çıkışında eski tarihlilere öncelik veriniz.
Buzdolabı ve Derin Dondurucu Isı Takip Formu doldurularak ısı takipleri gerçekleştirilir.
Arıza ve güç kesintisinde derhal sorumlu hekime ve biyomedikal mühendisliğine haber veriniz.

B-BAKIM:
Yılda 4 kez dolap fişi çekilir, içi çamaşır suyu ile silinir, kurulanır ve yeniden çalıştırılır.
Derin dondurucunun bakımı ve ısı göstergelerinin doğruluğu biyomedikal mühendisliği tarafından yılda 1 kez, Hastane Tıbbi
Cihazlar Yıllık Bakım Planı ‘nda belirtilen tarihte yapılır.
İlgili Dokümanlar:
• Buzdolabı ve Derin Dondurucu Isı Takip Formu
• Hastane Tıbbi Cihazlar Yıllık Bakım Planı