ARAMIZA HOŞGELDİNİZ...

BÖLÜMÜN FAALİYETLERİ ve İŞLEYİŞİ

SAS'a ilişkin süreçlerin içinde olup kalite çalışmalarına katılır.

- Poliklinik hastaları doktor muayenesinin ardından röntgene müracaat eder. Hastanın kimliği doğrulandıktan sonra film sırası verilerek çekim odasına yönlendirilir.
- Yatan hastalar taşıma personeli yada refakatçısı ile röntgene müracaat eder. Hastanın kimliği doğrulandıktan sonra film sırası verilerek çekim odasına yönlendirilir.
- Çekim yapacak olan teknisyen hamilelik şüphesi olan hastalara gerekli sorgulamaları yapılır. Hamilelik ihtimali olan hastalara çekim yapılmaz. Doktorlarına yönlendirilir.
- Hastalar çekim odasına tek olarak alınır. Çekim esnasında hasta dışında odada kimse bulundurulmaz.
- Çekim yapılacak hastalar soyunma odasında hazırlanması istenir. Çekime uygun hazırlık tarif edilir. Yüzük, küpe, kolye vb. metallerin çıkartılması istenir.
- Hastalar ve yakınları için radyasyon koruyucularının kullanımaktadır. Hasta profiline göre farklı ebatlarda radyasyon koruyucular (radyasyon koruyucu önlük, tiroit koruyucu, gonad koruyucu, kurşun eşdeğerli gözlük gibi) bulunmaktadır
- Kurşun önlükler kullanım sonrası kırılmayacak şekilde asılmalıdır
- Koruyucu materyallerin kontrolü film çekilerek ve/veya skopi altında yapılır.Yırtılmış, çatlamış veya delinmiş olan koruyucu materyaller tespit edilerek kullanım dışı bırakılır.
- Hastaya yapılacak çekim ve pozisyon hakkında kısa bilgi verilir.
- Çekim yapıldıktan sonra hasta dışarı alınır. Sıradaki hasta aynı işlemlere tabi olur.
- Hastaya ait radyografik görüntü bilgisayar ekranına geldikten sonra, çekilen filmin özelliğine göre uygun doz ve kontrast ayarlaması yapılır 10 dk icinde poliklinik ekranına gider.
- Çalışanlar üzerinde kendi adı yazılı dozimetriyi kullanır.
- Dozimetreler, firma tarafından belirlenen periyotlarda ilgili kuruluşlara posta ile gönderilir ve kuruluştaki görevli kişi tarafından kullanılmış dozimetreler yenileriyle değiştirilir. Kullanılmış olan dozimetreler en kısa süre içerisinde ilgili firmaya gönderilir.