1.) AMAÇ: Cihazın doğru ve amacına uygun kullanılmasını sağlamak.

2.) KAPSAM:Tüm laboratuvar çalışanlarını kapsar.

3.) TANIMLAR : Etüv; Numuneleri yüksek ısıyla dezenfekte ve sterilize etmek için kullanılan cihazdır**.**

4.) KISALTMALAR:

5.) SORUMLULAR:Tüm hastane çalışanları

6.) TALİMAT DETAYI:

1-) Cihazın düğmesi 0 konumundan 1 konumuna getirilir. **2-**

)Isı ayar düğmesinden istenilen ısı değerine ayarlanır. **3-**

)Sıcaklık değeri termometreden kontrol edilir.

4-)İstenilen numuneler kapağı açılıp içine konduktan sonra iç kısımdaki cam kapak kapatılmalıdır.

5-) Numunelerin işi bittikten sonra cihaz kapatılır.

7.) İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR

1.) Mikrobiyoloji Lab.Proses Akış Şeması.