1. AMAÇ: Sterilliğin sürdürülmesi ve stok kontrolünün takibini sağlamak

2. KAPSAM: Tüm Hastane Çalışanlarını kapsar

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

Tywek:Sterilizasyon rulosu

5. SORUMLULAR: Sterilizasyondan sorumlu ameliyathane hemşireleri ve tüm birimlerde çalışan hemşire ve sağlık memurlarını kapsar.

6.) FAALİYET AKIŞI:

Paketlenmiş steril bir malzemenin raf ömrü olaylarla ilişkilidir. Paketleme malzemesinin kalitesine, saklama koşullarına, taşıma sırasındaki koşullara ve paketin tutulma sayısına bağlıdır.

Raf ömrü ürünün üzerinde belirtilmelidir. Genel olarak İLK GELEN İLK ÇIKAR ilkesine dayalı olarak stok dönüşü sürdürülmelidir.

Hastanemiz şartlarında steril malzemelerde raf ömrünü EnfeksiyonKontrol komitesi belirlemiştir. Buna göre:

-Tywek paketlemede raf ömrü : 2 ay

-Çift kat tekstilile paketlenmiş malzemelerde raf ömrü : 1 ay

-Etilen oksit ilesteriledilmiş malzemelerin raf ömrü :6 ay

olarak belirlenmiştir.

Kumaş örtülerle yeterli koruyucu etki çok katlı olması ile sağlanabilir. Kumaş örtüler: 180 iplik sayısı/cm2 dört kat kalınlıkta veya 280 iplik sayısı/cm2 iki kat kalınlıkta olmalıdır.

Bu paketlerin raf ömürleri hastane sterilizasyon ünite ve depolama alanlarının şartlarının iyileştirilmesi durumlarında artabilir.

7.) İLGİLİ DOKÜMANLAR:

· DAS rehberi

· EnfeksiyonKontrolKomite