1.0 AMAÇ

Radyasyon güvenlik programı gereği tüm radyasyondan koruyucu materyallerin kontrol edilip radyasyona maruz kalan personelin radyasyon güvenliğinin sağlanmasıdır.

2.0 KAPSAM

Radyasyonla çalışılan tüm alanları ve bu alanlarda kullanılan radyasyondan koruyucu tüm materyalleri kapsar.

3.0 SORUMLULAR

Birim Radyasyon Güvenliği Sorumluları

Radyasyon Güvenliği Komitesi

4.0 TANIMLAR

Radyasyondan Koruyucu Materyal; Kurşun önlük, kurşun eldiven, gonad koruyucu, troid koruyucu.

5.0. UYGULAMALAR

5.1. ..... Hastanesinde kullanılmakta olan radyasyondan korunma materyalleri **Radyasyondan Koruyucu Materyal Kontrol Takip Formu** 'nda listelenerek her bir koruyucu materyal için kodlama yapılmıştır. Koruyucu materyaller üzerinde bu kodlar yazılmaktadır.

5.2. Kurşun önlükler kullanım sonrası kırılmayacak şekilde asılmalıdır.

5.3. Her koruyucu materyal altı ayda bir birim radyasyon güvenliği sorumluları tarafından Radyasyondan Koruyucu Materyal Kontrol Takip Formu ' na göre kontrol edilir.Form doldurularak Radyasyon Güvenliği Komite dosyasında saklanır.

5.4. Koruyucu materyallerin kontrolü film çekilerek ve/veya skopi altında yapılır.Yırtılmış, çatlamış veya delinmiş olan koruyucu materyaller tespit edilerek kullanım dışı bırakılır.

5.5. Materyallerin koruyuculuğundan şüphe varsa kontrol tarihi beklenmeden acilen kontrolü yapılır.

5.6. Tespit dilen hatalar birim radyasyondan korunma kontrol sorumlusuna bildirilir.

İlgili Dokümanlar:

Radyasyondan Koruyucu Materyal Kontrol Takip Formu