AMAÇ: ..... hastanesi laboratuvarında biyokimya cihazının güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak
KAPSAM: Hastane laboratuvarı
SORUMLULAR: Laboratuvar sorumlu doktor ve laboratuvar teknikeri.
UYGULAMA:
√ Cihaz 24 saat açıktır.
√ Reaktif, reaktif diskindeki uygun yerlere yerleştirilir.
√ Reaktif hacim kontrolü yapılır
√ Cihaz idle konumuna geldikten sonra İSE bakımı yapılır.
√ Kitlere Kalibrasyon yapılır. Saatte 1000 test hasta çalışılır.
1. Cihaz program ekranında calibration seçilir
2. Calib. Reguest!e gelinir. İhtiyaç duyulan testler seçilir
3. Seçim işlerimi bittiğinde kalibratörleri numune diskindeki ilgili pozisyona yerleştirilir.
4. Start tuşuna basılarak cihaz çalıştırılır.
5. Calibration, slib. Request ve calibrations menüsündeki istenen testi seçerek kalibrasyon durumuyla ilgili ulaşabilirsiniz.
Kitlere kontrol çalışılması
1. QC, QC request menüsüne girilir ve istediğiniz testleri seçiniz
2. Seçimi işlemi bittikten sonra kontrolleri numune tablasındaki uygun pozisyona koyunuz
3. Start tuşuna basılarak cihaz çalıştırılır.
4. Qc, QC request menüsüne girin ve durumunu görmek istediğinzi testi seçilir sonuçlar değerlendirilir.
Acil ve rutin numune programlama
1. Sistem LIS'E bağladır.
2. Numuneleri tablaya yerleştirilir.
3. Samples – sample request menüsüne gelerek start tuşuna basılarak cihaz çalıştırılır.
4. Acil testler önce çalışılır sonra rutin hastalar çalışılmaya başlanılır
5. Sonuçlar bilgisayardan kontrol edilerek onaylanır.
6. Cihaz a hergün sabahları düzenli olarak küvet ve probların temizliği yapılır.
7. Cihazın dış yüzeyi dezenfektanlı solüsyonlarla silinip kurulanır .
İlgili Dokümanlar:
• Cihaz Çalışma Rehberi