Prokalite (Logonuz Burada)	**Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)** MERKEZİ BUHAR STERİLİZASYON KAYIT VE KONTROL FORMU	

Doküman Kodu: TDS.FR.005	Yayın Tarihi: 28.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 2

KAYIT

SAAT :

Numara

STERİLİZATÖR ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

PROGRAM

☐ 1	Bowıe&Dıck 134 C 3,5 dk.	☐ 7	Inst.Contaıners 135 C 1
☐ 2	Instruments 134 C 10 dk.	☐ 8	Therm.Sensıtıve Inst/Kau
☐ 3	Textıle 134 C 8 dk.	☐ 9	Fragile Packagıng Textı
☐ 4	Rubber/Kauçuk 125 C 20 dk.	☐ 10	Flash 134 C 5 dk.
☐ 5	ATNC Inst . 134 C 18 dk.	☐ 11	Vacuum Leak Test 134
☐ 6	ATNC textıle 134 C 18 dk.	☐	

STERİLİZATÖR GÖREVLİSİ :

KONTROL

	GEÇERLİ	HATALI
NEM KONTROL	☐	☐
İNDİKATÖR KONTROL	☐	☐
GRAFİK KONTROL	☐	☐

Kor

STERİL DEPO GÖREVLİSİ :

ONAYLAYAN :

(P 11 için yalnız grafik kontrolü yapılır)