1. AMAÇ

Laboratuarlarda çalışılan testlerle ilgili olarak yapılan dış kalite kontrol programlarının düzenlenmesidir.

2. KAPSAM

Laboratuar dış kalite testlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuar çalışanları

4. FAALİYET AKIŞI

DIŞ KALİTE

Dış kalite kontrol numuneleri firma tarafından gönderilmekte olup firmanın numune üzerinde belirttiği test prosedürlerine göre numuneler hazırlanıp cihaza verilir. Cihaz üzerinde çıkan dış kalite kontrol numune sonuçları mikrobiyoloji uzman doktorları tarafından da dış kalite kontrol firmasının sistemine belirtilen tarih süre içerisinde girilir. Beklenmedik durumlarda düzeltici iyileştirici faaliyet formu doldurularak konu hakkında üst yönetime bilgi verilir.

VİTEK-2 ANTİBİYOGRAM cihazı için **4 ayda 1 kez** olmak üzere dış kalite kontrol çalışılmaktadır. VITROS-3600 ELISA cihazı için **3 ayda 1 kez** olmak üzere dış kalite kontrol çalışılmaktadır. SISTAT ESR-40 SEDIMANTASYON cihazı için **3 ayda 1 kez** olmak üzere dış kalite kontrol çalışılmaktadır.

4.1. DIŞ KALİTE PERİYOT TABLOSU

Mikrobiyoloji laboratuarında bulunan cihazlar:

Vitros-3600 Elisa, Sistat ESR-40 Sedimantasyon, Vitek-2 antibiyogram

PERİYOT (4 AYDA 1)	**PERİYOT (3 AYDA 1)**	**PERİYOT (3 AYDA 1)**
VİTEK-2 ANTİBİYOGRAM	VITROS-3600 ELISA	SISTAT ESR-40 SEDIMANTASYON