1)AMAÇ: Cihazın tıbbi hizmet birimlerinde en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak

2)KAPSAM:

3) KISALTMALAR:

4) TANIMLAR: Fetal dopler cihzaı fetüsün kalp atışını duymak için elde tutualn bir ultrason dönüştürücüsüdür.Kalp atışını ultrason sinyalleri ile dönüştrerek izim duyabileceğimiz seviyeye getirir.

5) SORUMLULAR: Başhekimlik, Kalite Yönetim Temsilciliği, Ser. Sorumlu Ebesi ve Servis Ebeleri.

6)FAALİYET AKIŞI:

1. Anne adayına bilgi verilir.
2. Açma kapama düğmesi ON konumuna getirilir.
3. Cihazın çalışacağı karın bölgesine ultrasonik jel sürülür.
4. Cihaz doğru açıdan karın bölgesine kayarak yavaşça hareket ettirilmelidir. Dopler sesinin maksimum seviyede duyulduğu yerde cihaz tutularak doğru kalp sesleri alınabilir.
5. Ölçüm başlangıcında LCD ekran yanıp- sönmeye başlar, ekran yaklaşık 2 saniyede normal konumuna gelir.
6. OF düğmesine 2 saniyeden fazla basarak cihaz kapatılır.
7. Fetal kalp sesleri hamileliğin 16. haftasından sonra dinlenebilir daha öncesinde mümkün olmayabilir.
8. İşlem bitince annenin karın bölgesindeki jel ve dopler ucundaki jel temizlenir.
9. Cihaz temizlenerek tekrar kullanıma hazır halde bırakılır .

7)İLGİLİ DÖKÜMANLAR: