(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
LABORATUVAR KALİBRASYON VE DOĞRULAMA PLANI

CİHAZIN ADI	DOĞRULAMA ŞEKLİ	DOĞRULAMA PERYODU	KABUL KRİTERLERİ	İLGİLİ DÖKÜMAN	İLGİLİ KAYIT	SORUMLU
Biokimya otoanalizörü	Kontrol serumları Calibratörler	Her sabah	Cihaz menüsündeki referans aralıkları	Kullanma kılavuzu. Kontrol prospektüsleri.	Bilgisayar çıktılar	Görevli eleman
Hemogram cihazı	Kontrol serumları Calibratörler	Her sabah	Cihaz menüsündeki referans aralıkları	Kullanma kılavuzu. Kontrol prospektüsleri.	Bilgisayar çıktılar	Görevli eleman
CARDİAK CİHAZI	Kontrol serumları Calibratörler	Haftada 1 kontrol Kalibrasyon bittiğinde kalibrasyon	Kontrol prospektüsü Referans aralıkları	Kontrol prospektüsü	Bilgisayar çıktılar	Görevli eleman
İDRAR CİHAZI	Kontrol	Her sabah	Kontrol prospektüsü Referans aralıkları	Kontrol prospektüsü	Bilgisayar çıktılar	Görevli eleman
KOAGÜLASYON CİHAZI	Kontrol	Her sabah	Kontrol prospektüsü Referans aralıkları	Kontrol prospektüsü	Bilgisayar çıktılar	Görevli eleman
SEDİMENTASYON CİHAZI	Kontrol	Haftalık	Kontrol prospektüsü Referans aralıkları	Kontrol prospektüsü	Bilgisayar çıktılar	Görevli eleman