(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
ATELLİCA SOLUTİON SAMPLE HANDLER CONNECT KULLANICI BAKIM ÇİZELGESİ

Doküman Kodu: LH.FR.048	Yayın Tarihi: 28.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 1

TARİH:

GÜNLÜK BAKIM	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SHC Autocheck	
Robot Kavrayıcı Uçlarındaki Pedlerin (Beyaz) Kontrol Edilmesi	
Bakımı Yapan Teknisyen	

HAFTALIK BAKIM	1.Hafta	2.Hafta	3.Hafta	4.Hafta	5.Hafta
Dış Panel ve İç Yüzey Temizliği					
SHC Robot Kavrayıcı Uçlarının Temizlenmesi					
Bakımı Yapan Teknisyen					

AYLIK BAKIM
TCS Kameralarının Temizlenmesi
Bakımı Yapan Teknisyen

PERİYODİK BAKIM (4 AYDA BİR)
Bu sistemin kullanıcı tarafından yapılacak periyodik bakımı yoktur.
Bakımı Yapan Teknisyen

GEREKTİĞİNDE YAPILACAK BAKIMLAR	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SHC Robot Kavrayıcı Uçlarındaki Pedlerin (Beyaz) Değiştirilmesi	
Bakımı Yapan Teknisyen	

YILLIK BAKIM
Bu sistemin kullanıcı tarafından yapılacak yıllık bakımı yoktur.
Bakımı Yapan Teknisyen