1)AMAÇ: İdrar Analizörünün günlük bakımında nelere dikkat edilmesinin belirlenmesi

2)KAPSAM: Biyokimya laboratuarı

3) KISALTMALAR:

4)TANIMLAR:

5) SORUMLULAR: Tüm Laboratuvar teknisyenleri

6)FAALİYET AKIŞI:

. **Sampler Temizliği:** Rack'ların cihaz üzerinde hareket ettiği gri bölümler (STM)

destile su ile nemlendirilmiş gazlı bezle temizlenir ve kuru bir gazlı bezle kurulanır.

2. Strip Haznesinin Temizliği :Özel fırça ile striplerin yüklendiği haznede (Feeder)

bulunan tozlar giderilir.(Strip kutusundan çıkan nem tutucular feeder 'a konulmalıdır.

3. Stirip Alt Haznesinin Temizliği: Striplerin strip tepsisine geçtiği bölümdeki tozlar özel fırça ile giderilir.(Cihazın feeder kısmındaki ön-üst-yan kapaklar açılır ve feeder sağ tarafa yatırılarak yapılır.)

4. Atıkve çözelti Kontrolü: Washing Solution ve Lamina çözeltisinin kontrolü

yapılır, stripatık kabı ve atık çözeltilerin kontrolü yapılır.

5. Günlük Kalite Kontrol: CTRL yazılı rack ve buzdolabında bulunan (+2-8 C) IQ Control/ Focus Set kutusu alınır. IQ Control /Focus Set 'in oda ısısına dönmesi

beklenir. Kutuda bulunan Focus +-Control- çözeltilerinin barkodları alınır.Aşağıdaki sıraya göre rack 'a tüpler dizilir ve mikroskobi modülünde çalışma yapılır. CTRL rackı hazırlandıktan sonra mikroskobirack yürütücüsüne konulur ve mikroskobi modülündeki START 'a basılır.

1. Pozisyon **Cleanser (Sarı yıkama çözeltisi)-5 ml**

2. Pozisyon **Diluent- 5 ml**

3. Pozisyon **Diluent- 5 ml**

4. Pozisyon **Boş**

5. Pozisyon **Focus – 5 ml (**Focus barkodunu tüpe yapıştırınız ve Focus

Şişesinihızlıca çalkalıyarak focusbarkodlu tüpe aktarınız.

6. Pozisyon **Control Positive (+) -3 ml (**Control + barkodunu tüpe Yapıştırınız ve Control + şişesini hızlıca çalkalıyarak control + barkodlu tüpe aktarınız.

7. Pozisyon **Control Negative(-) – 3 ml** (Control – barkodunu tüpe

yapıştırınız ve Control – barkodlu tüpe aktarınız.)

Dikka Çalkalanmaz.

8. Pozisyon **Boş**

9. Pozisyon **Boş**

10. Pozisyon **Boş**

CTRL RACK 'I SADECE GÜNLÜK KONTROL / FOCUS VE YIKAMA AMAÇLI KULLANILMALIDIR. HASTA NUMUNESİ ÇALIŞILMAZ.

NOT: CTRL RACK ‘ I İLE MİKROSKOBİMODÜLÜ STAND BY KONUMUNDA İKEN YIKAMA YAPILABİLİR. YIKAMA YAPMAK İÇİN CTRL RACK ‘I ALINIR AŞAĞIDAKİ GİBİ HAZIRLANARAK ÇALIŞILIR.

1. Pozisyon **Cleanser 5 ml**

2. Pozisyon **Diluent 5 ml**

3. Pozisyon **Diluent 5 ml**

1.) İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR:

-IRIS I Q 200 İDRAR ANALİZ SİSTEMİ ÇALIŞMA KILAVUZU

7)İLGİLİ DÖKÜMANLAR: