1. AMAÇ: Bu talimatın hazırlanmasındaki amaç Radyoloji Bölümü Digital seyyar röntgen cihazının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, Cihazın doğru kullanımını sağlayarak kullanım ömrünü uzun vadede tutmak

2. KAPSAM: Hastanemiz bünyesinde bulunan Dijital seyyar röntgen cihazları için geçerlidir.

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Cihazın kullanımından Röntgen Teknisyenleri sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

- Cihazın kullanımına başlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Cihazın etrafında herhangi bir toz ve kirlenme olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
- İnfeksiyon kurallarına uygun çevre şartları oluşturulmuş olmalıdır .
- On-off düğmesine basılarak cihaz açılır.
- Elektrik akımı ve cihaz üzerindeki ve cihaza ait parçalar kontrol edilir.
- Dijital röntgen cihazında cihaza bağlı bilgisayarda hastanın bilgileri kaydedilir.
    - Radyografi işleminin çeşidine bağlı olarak hastanın cihazdaki konumu belirlenir.
- Görüntülerin PACS sistemine iletilmesi sağlanır**.**
    - Kurşun bariyer arkasına geçilir, tuşlama butonuna basılarak hastanın filmi çekilir.
- Konvansiyonel flat panel dedektörlü röntgen cihazında dedektörün çekim yapılmadığı zamanlarda şarjda olmasına dikkat edilir.
- iş bitiminde on-off düğmesine basılarak cihaz kapatılır.

7)İLGİLİ DÖKÜMANLAR: