AMAÇ: Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

KAPSAM: Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi.

SORUMLULAR:

- İlgili Uzman Hekim.
- İlgili Sağlık Personeli.

UYGULAMA:

- Cihazın fişi uygun şebeke voltajına (220 V topraklı) takılır.
- Cihazın açma düğmesine basınız.
- O2 flowmetrisinden O2 ayarı yapınız.
- Sistemin derecesini sorumlu doktorun isteği doğrultusunda ayarlayınız.
- İşlem bittiğinde O2 kapatıp, cihaz kapatma düğmesine basınız

İlgili Dokümanlar:

- Cihaz Kullanım Klavuzu