1)AMAÇ:

•Bu talimat Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde paketleme makinesi kullanımı ve kontrolleri sırasında yapılması gerekenleri belirlemektir.

2)KAPSAM:

•M.S.Ü Çalışanları

3) KISALTMALAR:

•On: Açık

4)TANIMLAR:

• Ameliyat ve hastanede kullanılan malzemeleri paketlenmesi için kullanılan cihazdır

5) SORUMLULAR:

• MSÜ Sorumlusu ve çalışanlar

6)FAALİYET AKIŞI:

• On düğmesine basılarak cihaz açılır

• Cihazın çalışma sıcaklığı olan 180 dereceye ulaşması beklenir.

• Cihaz ısısı uygun sıcaklığına ulaşınca cihaz kullanıma hazırdır.

•Paket kapatılırken aynı zamanda cihazın üzerinde bulunan kontrol paneli tuşları yardımıyla tarih (steril olma ve son kullanma)kullanıcı kodu ve otoklav cihaz bilgileri de yer almalıdır.

• Rulo paket kapatma işlemleri yapılır.

• Tüm paketler kapatıldıktan sonra cihaz kapatma tuşundan kapatılır.

CİHAZIN TEMİZLİĞİ

• Her gün bir kez yapılır

• Deterjanlı ılık suya batırılmış yumuşak bir bez ile silinir.

• Bir bez ile deterjan giderilene kadar aynı bölgeler durulanır

• Kontrol panelinin tozu bez ile temizlenir.

7)İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

• Cihazın kullanma kılavuzu

•M.S. Ü çalışma talimatnamesi